ООО «Рош Диагностика Рус»
Отдел профессионального сервиса
115114, Москва, Летниковская ул., д. 2, стр. 2
Тел.: (495) 229-69-99
Факс.: (495) 229-62-64
www.roche.ru

Roche

Сервисный Акт

кейс № ☐☐☐☐☐☐☐
кейс № ☐☐☐☐☐☐☐ 0017154859

Тип прибора: BMK CX	Организация: НМИЦ онкологии Петрова
Серийный номер: 814930	Адрес: п. Песочный, Ленинградская 68
	Отв. лицо:
Статус прибора: ☐ Гарантийный ☐ Договор ☑ Разовый ☑ Выставить счет	Телефон: ( )
	Дата вызова (заявки):
	Дата выезда инженера: 13.04.2021
	Дата окончания ремонта:
	Инженер: Опалько О.А

Выполняемые работы			Запасные части		
№	Наименование	√	Артикул	Наименование	Кол-во
1	Инсталляция		05243025001	CBL, serial prt mnnL	1
2	Деинсталляция				
3	Перемещение прибора*				
4	Обучение медицинского персонала				
5	Периодическое техническое обслуживание				
6	Диагностика состояния прибора				
7	Устранение мелких неисправностей				
8	Аппликация методик / модернизация				
9	Ремонт системы электропитания	✓			
10	Ремонт гидравлической системы				
11	Ремонт транспортной системы прибора				
12	Ремонт измерительной системы				
13	Ремонт системы контроля температуры				
14	Ремонт аналитической системы				
15	Ремонт компьютерной системы				
16	Метрологическое обслуживание				

✓	В результате работы прибор сдается в эксплуатацию
	Работа будет продолжена в счет первичной заявки

Результаты Контроля Качества:

Воспроизводимость CV						Фотометрический тест	Трансфер-тест
OK						OK	OK
** Общее кол-во рабочих часов –	№		№		№		** Транспортные расходы (ч) –

Причина вызова инженера:

Настоящим подтверждаем, что работы выполнены в полном объеме и с надлежащим качеством

От Заказчика:
должность:
ФИО: Афанасьева ТВ
подпись:
М.П.

От Исполнителя:
должность: Старший инженер
ФИО: Опалько О.В.
подпись:
М.П.

«Рош Диагностика Рус»

По всем вопросам сервисного обслуживания Вы можете обратиться в Отдел профессионального сервиса ООО «Рош Диагностика Рус»

* Под перемещением прибора подразумевается отключение прибора без его консервации, подготовка к перемещению и подключение (запуск в эксплуатацию) на новом месте на территории одного клиента (физический перенос прибора осуществляется заказчиком).

** Информация для внутреннего пользования